

Godkänt
2024-04-09
Giltigt t.o.m
2027-04-09

Versionsnummer
2.0
Diarienummer

Intervention Avveckla dränage remittent




AVVECKLING AV PIGTAILDRÄNAGE

Beslut om att avveckla ett dränage fattas av läkare.

För att undvika att dränaget åker ut ligger dränageslangens spets i en knorr som hålls av en låstråd. Olika tillverkare använder olika mekanismer för att låsa tråden så att inte knorren ska kunna rätas ut. För alla trådlåsta dränage gäller att låstråden måste frigöras innan slangen kan dras.

PLEURADRÄNAGE

Pleuradränage bör inte klippas om man inte på ett säkert sätt kan motverka att luft sugas in via den klippta slangen. Rekommendationen från tillverkaren är istället att frigöra låstråden genom att lossa den blå hästskon och därefter klippa en av trådarna. Dränaget kan därefter dras med en rask rörelse samtidigt som patienten gör en Valsalvamanöver¹ varpå man omedelbart tätar genom att hålla en kompress mot dränagehålet.




ÖVRIGA DRÄNAGE

Dränage som **inte** ligger i pleurarummet kan avlägsnas genom att slangen klipps av innan den dras ut. På detta sätt frigörs låstråden i båda ändarna. Ibland får man inte ut låstråden tillsammans med slangen. Då tar man tag i låstrådens ena ände och drar ut den med en mjuk rörelse.

Vid problem kan man ta kontakt med röntgen som har möjlighet att avlägsna dränaget över ledare i genomlysning.

Region Örebro har en bra informationsfilm om pigtailkatetrar:

[Dragning av PIG tail drän • Vårdgivare Region Örebro län \(regionorebrolan.se\)](#)



1. French DG, Dilella M, LaPlante S, Shamji F, Sundaresan S, Villeneuve J, et al. Optimizing postoperative care protocols in thoracic surgery: best evidence and new technology. J Thorac Dis. 2016;8(Suppl 1):S3- S11.