

Godkänt: 2025-01-13
Giltigt t.o.m: 2028-01-13

Ver.nr: 3.0
Dnr:

MRT barnundersökning remittent

Dosklass 0



Ingen strålrisk.

Indikation/frågeställning

Alla typer av frågeställningar, oftast tumör, anläggningsrubbnig.

Kontraindikationer

- Icke-MR-kompatibel pacemaker/ICD
- Magnetiska gamla aneurysmklämmor i hjärnan
- Metallsplitter i ögonen
- Insulinpump
- Cytostatikapump
- Nervstimulator
- Cochleaimplantat (relativ kontraindikation)

Remissinnehåll

Anamnes och status, labprover, feber, trauma. Känd malignitet eller syndrom.
Behov av sedering i samband med undersökningen.

Patientförberedelser

Vid akut undersökning med behov av sedering tar remittenten kontakt med narkosjouren.

Vid poliklinisk undersökning med behov av sedering skrivs remiss till dagvården och narkosen. Patienten skall vara fastande från midnatt och kommer via dagvården, där patienten Emlas och sederas med Dexa. Därefter kommer patienten till MR-lab och övervakas av narkospersonalen under hela MRT-undersökningen. Obs! Ingen metallfolie på Emla-plåster vid MR-undersökningen pga. risk för brännskador.

Kontrastmedel

Ev. Clariscan/Dotarem 0,2 ml/kg. Bör undvikas på barn under 1 års ålder pga. omogen njurfunktion.

Läkemedel

Buscopan eller Glucagon im vid bukundersökning.

Utförande

-

Eftervård

-