

Godkänt: 2025-03-12
Giltigt t.o.m: 2028-03-12

Ver.nr: 4.0
Dnr:

MRT hals thorax remittent

Dosklass 0



Ingen strålrisk.

Indikation/frågeställning

DT och ultraljud är förstahandsmetoder för undersökning av halsen, förutom vid tumör i skallbasen/munhålan/epifarynx, då MRT är förstahandsmetod. DT är förstahandsmetod för undersökning av thorax. MRT vid svårbedömda fall eller tumörkontroll av unga patienter med lång förväntad livslängd.

Frågeställningar: Tumör, metastaser, lymfom, abscess, halscysta, fistlar.

Kontraindikationer

- Icke-MR-kompatibel pacemaker/ICD eller kvarlämnade elektroder.
- Magnetiska aneurysmklämmor i hjärnan
- Metallsplitter i ögonen
- Insulinpump
- Cytostatikapump
- Nervstimulator, ej programmerbar
- Cochleaimplantat (relativ kontraindikation), us utförs på UAS.

Remissinnehåll

Anamnes och status. Känd malignitet, tidigare operationer eller strålning. Feber, infektionsprover. Klaustrofobi eller kraftig adipositas?

Patientförberedelser

-

Kontrastmedel

Clariscan/Dotarem 0,2 ml/kg iv.

Läkemedel

-

Utförande

Patienten måste kunna ligga stilla utan att hosta eller harkla sig.

Eftervård

-