

Godkänt: 2025-03-12
Giltigt t.o.m: 2028-03-12

Ver.nr: 4.0
Dnr:

MRT mjukdelar remittent

Dosklass 0



Ingen strålrisk

Indikation/frågeställning

Tumör, infektion/inflammation, blödning, ledbandsskada och muskel-, eller senruptur.

Kontraindikationer

Absoluta

- Icke-MR-kompatibel pacemaker/ICD eller kvarlämnade elektroder.
- Magnetiska aneurysmklämmor i hjärnan
- Metallsplitter i ögonen
- Insulinpump
- Cytostatikapump
- Nervstimulator, ej programmerbar
- Cochleaimplantat (hörselprotes), us utförs på UAS.

Relativa

- Patient som ej kan ligga stilla
- Inopererad metall i eller nära undersökningsområdet
- Graviditet (hittills ingen känd risk påvisad med MRT vid graviditet men vår praxis är att avstå från MRT, framför allt under första trimestern, om det inte föreligger mycket stark indikation för undersökning)
- Kraftig övervikt
- Klaustrofobi

Remissinnehåll

Statusfynd, trauma, ev. röntgenfynd som föranleder MR-remiss, CRP, SR, feber, känd malignitet eller inflammatorisk sjukdom.

Patientförberedelser

-

Kontrastmedel

Ev. Dotarem/Clariscan, 0,2 ml/kg.

Läkemedel

Febernedsättande medicinering vid feber över 38 grader.

Utförande

-

Eftervård

-
