

Godkänt: 2025-03-12
Giltigt t.o.m: 2028-03-12

Ver.nr: 4.0
Dnr:

MRT rektum remittent

Dosklass 0



Ingen strålrisk

Indikation/frågeställning

Rektalcancer. Perianala fistlar. Endast remiss från kirurg eller gastroenterolog.

Kontraindikationer

Absoluta

- Icke-MR-kompatibel pacemaker/ICD eller kvarlämnade elektroder.
- Magnetiska aneurysmklämmor i hjärnan
- Metallsplitter i ögonen
- Insulinpump
- Cytostatikapump
- Nervstimulator, ej programmerbar
- Cochleaimplantat (hörselprotes), us utförs på UAS.

Relativa

- Patient som ej kan ligga stilla
- Inopererad metall i eller nära undersökningsområdet
- Graviditet (hittills ingen känd risk påvisad med MRT vid graviditet men vår praxis är att avstå från MRT, framför allt under första trimestern, om det inte föreligger mycket stark indikation för undersökning)
- Kraftig övervikt
- Klaustrofobi

Remissinnehåll

Tumörens nedersta begränsning från yttre analöppningen. Tumörens position i tarmväggen, längd, grad av fixation till omgivande strukturer. Ev. strålbehandling eller cytostaticabehandling.

Fistlarnas läge, dx/sin, mynningar. Tidigare operationer.

Patientförberedelser

Fasta 4 tim. Microlax.

Kontrastmedel

-

Läkemedel

Boscopan el. Glucagon im.

Utförande

-

Eftervård

-
